



BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO"
nell'ambito del progetto di "Completamento della sede Biogem ed attivazione del centro Biostart"
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CIG: 52880637A1

CUP: E97J10000100002

QUESITO 2

In merito alla procedura in riferimento, si richiedono i seguenti chiarimenti

1) Al riferimento 26 del capitolato tecnico viene richiesto la realizzazione di 1 impianto di espulsione per tavoli autoptici. Si richiede se la relativa canalizzazione deve essere realizzata fino al punto di espulsione (tetto di copertura, parete perimetrale etc) comprendendo quindi anche gli oneri edili per la fornitura, compreso i pezzi speciali e il carotaggio delle murature.

Chiarimento

In riferimento al quesito 1 si chiarisce che tutti i lavori edili (carotaggio murature/solaio) e tutti i materiali necessari per la realizzazione della canalizzata di espulsione dell'aria verso l'esterno, al fine di garantire il corretto funzionamento a perfetta regola d'arte dell'attrezzatura da laboratorio in questione, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

2) Al riferimento 45 del capitolato tecnico viene richiesta 1 cabina Biohazard a flusso laminare da banco ad espulsione totale senza riciclo dell'aria in ambiente. Si richiede se la suddetta cappa deve essere per citotossici a tripla filtrazione.

Chiarimento

In riferimento al quesito 2 si chiarisce che la cappa in oggetto deve essere per citotossici a tripla filtrazione con espulsione totale dell'aria all'esterno compreso degli interventi edili (carotaggio murature/solaio - foro controsoffitto) e dei materiali necessari per la realizzazione della canalizzata di espulsione dell'aria verso l'esterno, al fine di garantire il corretto funzionamento a perfetta regola d'arte dell'attrezzatura da laboratorio in questione, che sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

3) Si chiede di confermare se le cappe richieste al riferimento 115 devono essere a doppia filtrazione ed inoltre se deve essere prevista la canalizzazione di espulsione aria fino al punto di espulsione (tetto di copertura, parete perimetrale etc) comprendendo quindi anche gli oneri edili per la fornitura, compreso i pezzi speciali e il carotaggio delle murature.

Chiarimento

In riferimento al quesito 3 si chiarisce che le due cappe in oggetto devono essere in "CLASSE II B2" a doppia filtrazione complete di impianto di aspirazione da installare in vano tecnico al piano superiore compreso di opere edili (carotaggio murature/solaio) e dei materiali necessari per la realizzazione della canalizzata di espulsione dell'aria verso l'esterno, al fine di garantire il corretto funzionamento a perfetta regola d'arte dell'attrezzatura da laboratorio in questione, che sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria..

Biogem, li 10 Ottobre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasqualino Miano