



BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO"
nell'ambito del progetto di
"Completamento della sede Biogem ed attivazione del centro Biostart"
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CIG: 52880637A1

CUP: E97J10000100002

QUESITO 1

In relazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti al fine di poter offrire i prodotti più corretti in funzione delle specifiche di Capitolato.

1) In riferimento al Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto, all'ART. 15 "Criteri di Aggiudicazione dell'Appalto", ed in particolar modo nell'elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi, al punto 1.1.2 H) e I), vengono descritti i telai dei banchi fissi e carrellati in lamiera presso piegata ecc... In funzione dell'importanza del punteggio attribuito ai due punti sopra menzionati (12+12 p.ti) si richiede se tali telai devono garantire una portata certificata da Ente Terzo Indipendente, e se quindi le valutazioni tecniche verranno effettuate in funzione dei dati di portata che ciascuna azienda dovrà comprovare mediante certificato rilasciato da Ente Terzo indipendente.

Chiarimento

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti, ciascun concorrente potrà presentare il prodotto che ritiene qualitativamente più idoneo per le esigenze di questo ente dettagliandone i requisiti tecnici, funzionali ed eventuali migliorie nella relazione tecnica.

Pertanto le valutazioni tecniche per l'attribuzione del punteggio di cui ai punti 1.1.2 H e I riguarderanno la qualità del prodotto sulla base della campionatura presentata e della relazione tecnica.

Si precisa che la certificazione di riferimento, relativa alle strutture di banchi fissi e carrellati, è la UNI EN 13150 (di cui al punto 1.1.2 sottoelementi C e D) del CSA.

2) In riferimento al Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto, all'ART. 5 "Campionatura", viene richiesto di presentare una struttura del banco carrello con piano di lavoro in Corian. Si richiede la possibilità di campionare una tipologia di piano differente con caratteristiche migliorative rispetto al piano in Corian richiesto.

Chiarimento

Come indicato al punto 1.3 del disciplinare di gara è possibile proporre soluzioni migliorative che riguardino la qualità dei prodotti offerti. Si precisa che tali proposte saranno oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica.

3) In virtù della complessità della gara ed in presenza di una campionatura da presentare, si richiede, al fine di poter presentare un'offerta adeguata alle specifiche di Capitolato richieste, una congrua proroga di almeno 3 (tre) settimane oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte.


Chiarimento

Vista la richiesta motivata di proroga pervenuta da diverse aziende, considerato l'interesse di questo Ente di garantire la più ampia partecipazione, si concede la proroga di 21 giorni.

Pertanto, la scadenza ultima è fissata per il giorno 21 ottobre 2013 alle ore 18:00. Farà fede il protocollo dell'azienda appaltante.

Biogem, li 24 Settembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasqualino Miano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasqualino Miano', is written over a faint, light blue circular stamp or watermark.